

Dichiarazione di conformità

Descrizione prodotto: **Comparatori**

Articolo  : **H 4482/1**

I comparatori vengono controllati secondo gli standard 1.0200.9.0014.

Questi standard stabiliscono i seguenti limiti:

Tipo di test	Limiti di tolleranza	Note
Margine di errore fe	20 μ m	Controllato con asta di scorrimento inserita
Margine di errore ft	5 μ m	Controllato con asta di scorrimento inserita su uno spostamento parziale di 0,1 mm
Margine di errore fges	25 μ m	Controllato con giro completo
Isteresi fu	5 μ m	Controllato in base alla norma DIN 878
Ripetibilità fw	3 μ m	Controllato in base alla norma DIN 878

Di tutti i comparatori sono state controllate la precisione e le loro funzioni meccaniche (controllo 100%).

I macchinari per i test vengono verificati regolarmente e hanno traccia presso German Calibration Service (DKD o PTB) ISO 9000.

L'attuale tracciabilità viene ottenuta mediante:

H 01 0948 / KOBA / DKD Nr. 86097 -2802 DKD-K-01301-2005-08, D 08 0668 / Optimar 100 / 1190/98 / 000029 DKD-K-41801-2006-05, D 08 0889 / MFP-100.01BV / 1218 / 00 / 0130 DKD-K-41801-2009-03, D 08 0620 / MFP-100.01BV / 100300 / 0131 DKD-K-41801-2009-03, D 08 0550 / MFP-100.01BV / 100633 / 0132 DKD-K-41801-2009-03, D 08 0860 / MFP-30.03 BV / 100212 / 0090 DKD-K-41801-2008-04, S 08 0986 / MFP-30.03 BV / 100322 / FMS 5282/06/08 and S 08 0987 / MFP-30.03 BV / 100500 / FMS 3898/0108.

Un Amministratore

R. Lulebi